

Strykprov av en sluten källa

Syftet med ett strykprov av en sluten källa är att kontrollera, om strålkällan har hållits så tät att radioaktiv substans inte kommer åt att läcka ut i miljön.

På grund av strålningsrisken ska en sluten källa inte tas ut ur sitt behållare för ett strykprov. Strykprovet tas då i stället av höljets ytor. Typiska ersättande ytor är tillslutande delar och fogställen så nära den slutna källan som möjligt. Den ersättande ytan torkas om möjligt av på minst 100 cm². För avtorkningen används fuktigt bomullstyg (ca 7 x 7 cm) eller annat absorberande material. Strykprovet innesluts i en plastpåse på vilken datum för provtagningen samt strålningskällans nuklider, aktivitet och strålningskällans tillverkningsnummer antecknas.

Provet skickas till adressen: MIT/Gammamätning Strålsäkerhetscentralen Ånäsgränden 1 01370 Vanda	Ytterligare information: mittauspalvelut@stuk.fi
---	--

Analysbeställning för strykprov

Beställd av	
Namn	
Företag	
Adress	
Telefonnummer	
E-postadress*	

* En testrapport skickas elektroniskt till den e-postadress som uppgetts av kunden

Faktureringsadress	
Företag	
Adress	
FO-nummer	
Förmedlarens beteckning	
Nätfaktureringsadress	
Referens för faktura*	
Kontaktperson	

*Max. 35 tecken

STUK

SÄTEILYTURVAKESKUS
STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN
RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Osoite / Address | Jokiniemenkuja 1, 01370 Vantaa, FINLAND
Puh. / Tel.(09) 759 881, +358 9 759 881 | Fax (09) 759 88 500, +358 9 759 88 500 | www.stuk.fi

Provtagningsuppgifter

Datum		Provtagare	
-------	--	------------	--

Uppgifter om strålkällan

Radioaktiv substans/nuklid	
Aktivitet	
Strålkällans tillverkningsnummer	
Innehavare av säkerhetstillstånd	
Säkerhetstillståndets och anordningsbilagans nummer	

Närmare uppgifter